

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-SKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đoàn kiểm tra do Phòng quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì và phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện, kết quả kiểm tra như sau:

I. Đặc điểm tình hình lưu thông hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có khoảng 258 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Nguồn xăng dầu phân phối trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được cung cấp bởi 11 đơn vị đầu mối chính: Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông - Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên; Công ty TNHH Huy Hồng; Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH Một Thành Viên; Công ty TNHH xăng dầu Phú Lợi; Công ty cổ phần phát triển Hùng Hậu; Công ty xăng dầu quân đội khu vực 3; Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Tàu; Công ty TNHH nhiên liệu xăng dầu Miền Nam; Sài gòn Petroleum; Công ty TNHH MTV Phú Sang; Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận;

Trong quá trình kiểm tra cho thấy xăng, dầu lưu thông trên thị trường tỉnh Đắk Nông chủ yếu là xăng E5RON 92-II; xăng RON 95-III và dầu DO 0,05%S-II.

II. Nội dung kiểm tra

1. Về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa:

Kiểm tra việc lưu mẫu, hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, hồ sơ chất lượng của từng lô hàng

2. Về đo lường:

2.1. Kiểm tra đối với phương tiện đo

- Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về việc phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định;

- Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo;

- Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với điều kiện về bảo quản, lưu giữ, sử dụng.

- Kiểm tra sai số phương tiện đo so với giới hạn sai số cho phép.

2.2. Kiểm tra đối với phép đo

- Kiểm tra, xác định sự phù hợp của phương tiện đo, phương pháp đo đã sử dụng và điều kiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường;

- Kiểm tra việc thực hiện các điều kiện để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo lường hàng hóa.

III. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 16/12/2021.

IV. Kết quả kiểm tra:

1. Số cơ sở kiểm tra và địa bàn kiểm tra

- Số cơ sở được kiểm tra: 26/33 cơ sở

- Tại thời điểm kiểm tra không tiến hành kiểm tra: 07 cơ sở.

Lý do:

+ 03 cơ sở ngừng hoạt động (DNTN Thanh Tuấn, địa chỉ: Thôn Kê Động, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; Công ty TNHH MTV XD Thanh Phúc – Cửa hàng xăng dầu Thanh phúc, địa chỉ: Thôn Đắk Trung, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Công ty TNHH MTV Ngọc Hiếu Đắk Nông – Cửa hàng xăng dầu Ngọc Hiếu Đắk Nông).

+ 02 cơ sở đã bán lại cho Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông – Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên (Công ty TNHH MTV xăng dầu Quang Phước, địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Công ty TNHH MTV Phú Sang Đắk Nông, địa chỉ: Thôn 6, Quốc lộ 14, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông).

+ 01 cơ sở ngừng hoạt động và chuyển nhượng (Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Đại Long chi nhánh Đắk Nông – Cửa hàng 76 chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần nhiên liệu Rồng Vàng cửa hàng bán lẻ xăng dầu 76).

+ 01 cơ sở đã được đoàn kiểm tra liên ngành số 1736 ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đắk Nông kiểm tra (Công ty TNHH MTV xăng dầu Ánh Việt – Cửa hàng xăng dầu số 2, địa chỉ: Thôn 1B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Địa bàn kiểm tra: trên địa bàn 07 huyện, 01 thành phố thuộc tỉnh Đắk Nông.

2. Tình hình, kết quả kiểm tra thực tế

Qua kiểm tra thực tế đối với 26 cơ sở (tổng số 135 cột bơm xăng, dầu trong đó: 55 cột đo xăng RON 95; 11 cột đo xăng E5 RON 92; 69 cột đo dầu DO 0,05%S).

2.1. Về đo lường: Qua quá trình kiểm tra cho thấy ý thức chấp hành về đo lường đã được các cơ sở chấp hành tương đối tốt. Có 134/135 cột đo xăng dầu đã được kiểm định, có chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực; các vị trí tem niêm phong kẹp chì còn nguyên trạng không có sự tác động, thay đổi; 133/135 cột đo xăng dầu đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, có sai số nằm trong giới hạn sai số cho phép theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra đã phát hiện 01 cơ sở sử dụng 02 phương tiện đo bị sai không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường (sai số đo lường tại 02 cột đo xăng RON 95 vượt quá giới hạn dương của sai số cho phép); 01 cơ sở sử dụng 01 phương tiện đo có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực.

- Các cột đo sử dụng trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu có đầy đủ phê duyệt mẫu theo quy định.

- Các cơ sở đã xây dựng kế hoạch định kỳ theo tháng thực hiện tự kiểm tra ít nhất 01 lần đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu trong bán lẻ cho khách hàng phù hợp theo quy định và thực hiện lưu giữ hồ sơ.

- Hiện trạng cột đo xăng dầu: Các cột đo xăng dầu, các vị trí tem niêm phong kẹp chì còn nguyên trạng không có sự tác động, thay đổi.

- Yêu cầu kỹ thuật, đo lường: Hầu hết các cột đo đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, có sai số nằm trong giới hạn sai số cho phép theo quy định của ĐLVN 10:2017. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra đã phát hiện 01 cơ sở sử dụng phương tiện đo bị sai không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường (sai số đo lường tại 02 cột đo xăng RON 95 vượt quá giới hạn dương của sai số cho phép); 01 cơ sở sử dụng phương tiện đo có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính chuyển Thanh tra Sở xử lý theo quy định

2.2. Về tiêu chuẩn, chất lượng

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu được kiểm tra đã thực hiện tốt việc quản lý về chất lượng theo các quy định.

- Đã thực hiện việc thể hiện thông tin về chủng loại xăng/nhiên liệu điêzen công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về loại xăng dầu đang kinh doanh theo đúng quy định của quy chuẩn quốc gia hiện hành QCVN 1:2015/BKHCN; tiêu chuẩn áp dụng.

- Nguồn gốc, xuất xứ: Xăng dầu của các cơ sở được kiểm tra trên địa bàn tỉnh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung cấp bởi các nhà phân phối.

- Công tác quản lý mẫu: Tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu được lưu mẫu đầy đủ đối với từng lô hàng nhập vào, có đầy đủ biên bản lấy mẫu, niêm phong mẫu, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng xăng dầu của thương nhân đầu mối.

3. Tình hình vi phạm, các biện pháp xử lý một số vụ điển hình

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 02 cơ sở vi phạm về đo lường, chiếm 7,69%. Trong đó có 01 cơ sở sử dụng phương tiện đo có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực; 01 cơ sở sử dụng phương tiện đo có sai số về đo lường vượt quá giới hạn dương của sai số cho phép.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu các cơ sở tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp, thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định. Trưởng Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở vi phạm nêu trên, chuyển hồ sơ cho Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ xử lý theo quy định.

- Kết quả xử lý: Chánh thanh tra Sở đã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở vi phạm; Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả là 27.955.245đ (*Hai mươi bảy triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi lăm đồng*); Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 01 tháng đối với 01 cơ sở vi phạm; 01 cơ sở vi phạm đã chấp hành xong quyết định xử phạt và tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định; 01 cơ sở đang trong quá trình chấp hành quyết định xử phạt.

4. Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Không có

V. Nhận xét đánh giá chung

Qua cuộc kiểm tra nhận thấy hầu hết các cơ sở đều thực hiện tốt những quy định theo nội dung kiểm tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh xăng dầu đã được kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường; chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực.

- Các cơ sở được kiểm tra đã trang bị bộ bình đong, ca đong dung tích 1L, 2L, 5L, 10L được kiểm định ban đầu;

- Các cơ sở đã xây dựng kế hoạch và định kỳ theo tháng thực hiện tự kiểm tra ít nhất (01) lần đối với phương tiện đo để đảm bảo lượng xăng dầu trong bán lẻ cho khách hàng phù hợp với quy định; hầu hết các phương tiện đo có sai số nằm trong sai số cho phép.

- Việc đảm bảo chất lượng xăng dầu cũng được các cơ sở quan tâm và thực hiện, các cơ sở đã thông báo công khai ở vị trí để nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về loại xăng dầu kinh doanh theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành QCVN 1:2015/BKHCN; tiêu chuẩn công bố áp dụng; nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng được cung cấp bởi các nhà phân phối và lưu mẫu đầy đủ với từng lô hàng nhập vào có đầy đủ biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng xăng dầu của thương nhân đầu mối. Bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt thì vẫn còn 02 cơ sở vi phạm pháp luật về đo lường.

Thông qua quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã hướng dẫn và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về việc đảm bảo đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

VI. Kiến nghị

Đoàn kiểm tra kiến nghị với Sở Khoa học và Công nghệ

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra kiểm soát về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn quản lý.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Khi có các văn bản mới phải tuyên truyền kịp thời đến các tổ chức cá nhân kinh doanh sản xuất và người tiêu dùng.

- Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tiếp tục thực hiện việc kiểm định phương tiện đo theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

Nơi nhận:

- GD, các PGD Sở;
- Thanh tra Sở (p/h);
- Trung tâm TTTTUDKHCN (đăng tải Website Sở);
- Lưu: VT, TĐC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Viết Thuật